

กรองน้ำและคุณภาพของน้ำ ควรทำอย่างน้อยปีละครั้ง

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ควรมีการบริหารจัดการที่ดี โดย

1. มีนโยบายและขั้นตอนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อควรถูกร่างขึ้นและปรับปรุงอย่างน้อยปีละครั้ง และสามารถเห็นได้สะดวกเมื่อต้องการ

2. ควรมีเครื่องมือผ่าตัดให้พอเพียงต่อการหมุนเวียนใช้งาน เพื่อให้เวลาในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้เต็มที่

3. บุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลรักษา ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อต้อง

ก. มีความรู้เกี่ยวกับ TASS และได้รับข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ

ข. ได้รับความรู้พื้นฐาน การฝึกฝน และการถูกประเมินในทุกขั้นตอนของการดูแลรักษาเครื่องมือทุกชนิดและควรมีการทบทวนอย่างน้อยปีละครั้ง และควรทำทุกครั้งเมื่อมีเครื่องมือใหม่หรือขั้นตอนเพิ่มเติม

ค. ได้รับการพัฒนาความรู้และฝึกฝนเพิ่มเติม การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อรวมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากโครงการฝึกฝนที่เป็นมาตรฐานโดยบุคลากรเฉพาะด้าน

ง. ใช้แบบ checklist ได้รับการประเมินคุณภาพและทันสมัย

4. ควรบันทึกการใช้เครื่องมือ การใส่ยา และการฆ่าเชื้อ ให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งอาจช่วยในการหาสาเหตุเมื่อเกิด TASS ขึ้น

5. ควรมีระบบเฝ้าระวัง เมื่อมีการเกิด TASS ขึ้นขึ้นตอนต่างๆ ควรถูกประเมินอย่างถูกต้องเหมาะสม

เอกสารอ้างอิง

1. AORN. Recommended practices for sterilization in the perioperative practice setting. In: Association of Operating Room Nurses. Standards. Recommended Practices & Guidelines. Denver, CO, AORN,2007;673-87.
2. AORN. Recommended practices for cleaning and caring for surgical instrumentation and powered equipment. In: Association of Operating Room Nurses. Standards. Recommended Practices & Guidelines. Denver, CO, AORN,2006;555-63.
3. AORN. Recommended practices for the evaluation and selection of products and medical devices used in perioperative practice setting. AORN J 1998;67:270-2.
4. Guidance for Industry and for FDA staff. Enforcement Priorities for Single-Use Devices Reprocessed by Third Parties and Hospitals [on line]. Available at: [Http://www.fda.gov/edrh/comp/guidance/1168pdf](http://www.fda.gov/edrh/comp/guidance/1168pdf).